

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไซงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อหัวใจวัวตำแหน่งเอออร์ติก
จำนวน ๓๐ ลูก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันโรคทรวงอก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง
จากบริษัท เอ็ดเวิร์ดส์ ไทฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายชูศักดิ์ เกษมศานต์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
 - ๕.๒ นางสุวรรณา ยโสธรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๕.๓ นางชาลิสา อินเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะของลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งเอออร์ติกชนิดทำจากเนื้อเยื่อหัวใจวัว

ลักษณะเฉพาะ

1. ตัวลิ้นหัวใจเทียมทำจากเนื้อเยื่อ Bovine Pericardium
2. ภายในทำจากโครง Elgiloy ทำให้มีน้ำหนักเบา
3. ขอบของลิ้นหัวใจทำด้วย Silicone Rubber หุ้มด้วยผ้า Polytetrafluoroethylene Porous ง่ายต่อการเย็บ
4. ลิ้นหัวใจเทียมแช่อยู่ในน้ำยา (Glutaraldehyde) เพื่อรักษาสภาพเนื้อเยื่อ
5. ลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งเอออร์ติกมีขนาดตั้งแต่ 19 MM- 29MM
6. มีขนาดต่างๆให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม
7. ผ่านการทดลองใช้งานแล้วได้ผลดีต่อผู้ป่วยเป็นที่น่าพอใจ