



ประกาศสถาบันโรคทรวงอก
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดแทงเส้นเลือด

สถาบันโรคทรวงอก จะสอบราคาซื้อชุดแทงเส้นเลือด จำนวน ๓,๒๐๐ เส้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันโรคทรวงอก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของเสนอราคาให้ยื่นโดยตรงต่อฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปิดการรับของสอบราคา วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลายื่นของสอบราคาแล้ว จะไม่รับของสอบราคาโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดของสอบราคาวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ อาคาร ๗ ชั้น ๑ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคาร ๗ ชั้น ๕ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.ccit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๑๓ - ๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นปลอกหรือท่อนำสำหรับใส่สายสวนเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษา ซึ่งปลายนุ่มและเรียวเล็กเพื่อใส่ในหลอดเลือดและลดการบาดเจ็บของหลอดเลือด
2. ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้
 - 2.1 Mini - guidewire ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.035-0.038 นิ้ว ยาว 45 cm. สำหรับปรับปลาย เครื่องมือให้เป็น 2 รูปแบบ คือ ปลายตรงและปลายโค้งเป็นรูป J เพื่อสามารถใส่ในหลอดเลือดได้ทุกรูปแบบ
 - 2.2 Sheath Introducer หรือ Dilator สำหรับเป็นตัวนำในการใส่เข้าเส้นเลือด
 - 2.3 Percutaneous Introducer ยาวไม่มากกว่า 12 cm. เป็นทางผ่านเข้าออกของสายสวนชนิดต่างๆ และมีลื่นปรับขนาดที่มีประสิทธิภาพสูงที่ปลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเลือดไหลออกมาข้างนอกหรือเกิดฟองอากาศขณะใส่เครื่องมืออื่นเข้าออก
 - 2.4 มี Haemostasis Valve สามารถถอดออกได้
3. มี Slide port ลักษณะใส่ต่อกับ Stopcock 3 หัว เพื่อสะดวกในการให้ยา และ Pressure Monitor ได้ง่ายในกรณีฉุกเฉิน
4. ตัวท่อนำ ทำจากวัสดุ Polyethylene หรือ Polyurethane เพื่อช่วยหล่อลื่นและลดแรงเสียดทานช่วยให้การ ส่งผ่านระหว่าง Canula, Guide wire และ Dilator เป็นไปอย่างสะดวกมากและใช้แรงในการใส่น้อยมากลดการเกิดปัญหาแทรกซ้อน หรือ Scar tissue
5. ตัวท่อนำต้องมี ความสามารถในการ Flexibility สูงและโค้งงอมากกว่า 100 องศา ยังต้องป้องกันการเกิด Kinking แม้ใน Tortous vessel and Scar tissue
6. ชุดตัวท่อนำมีเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวหลายขนาด เพื่อเหมาะสมกับการใช้
7. ชุดแทงเส้นเลือดต้องผ่านกระบวนการทดสอบและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
8. บรรจุภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ปิดผนึกแน่นหนาโดยทำการแยกบรรจุสินค้า 1 Set ต่อ 1 ชิ้น ไม่มีรอยร้าวหรือฉีกขาด และผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 ปีในวันส่งมอบ