



ประกาศสถาบันโรคทรวงอก

เรื่อง สอบราคาซื้อสินค้าหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อหัวใจวัวแบบขอบบางพิเศษ

สถาบันโรคทรวงอก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสินค้าหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อหัวใจวัวแบบขอบบางพิเศษ จำนวน ๒๐ ชิ้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันโรคทรวงอก
- ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ - จัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคาให้ยื่น โดยตรงต่อฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปิดการรับของสอบราคา วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดของสอบราคาในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ชั้น ๔ อาคาร ๗ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ccit.go.th และ www.eprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๒๕๔๗ - ๐๙๑๓, ๑๔, ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

คุณลักษณะเฉพาะของลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจากเยื่อหัวใจวัวแบบขอบบางพิเศษ

ลักษณะเฉพาะ

1. ตัวลิ้นหัวใจเทียมทำจากเนื้อเยื่อ Bovine Pericardium
2. ภายในทำจากโครง Elgiloy ทำให้มีน้ำหนักเบา
3. ขอบของลิ้นหัวใจทำด้วย Silicone Rubber หุ้มด้วยผ้า Polytetrafluoroethylene Porous ง่ายต่อการเย็บ
4. มีขอบเย็บเป็นรูป scallop ซึ่งคล้ายกับรูป Aortic Root ของผู้ป่วย
5. มีระบบ Thermafix ในการกำจัดแคลเซียม
6. ลิ้นหัวใจเทียมแช่อยู่ในน้ำยา (Glutaraldehyde) เพื่อรักษาสภาพเนื้อเยื่อ
7. มีขนาดต่างๆให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม
8. ผ่านการทดลองใช้งานแล้วได้ผลดีต่อผู้ป่วยเป็นที่น่าพอใจ