

คุณลักษณะของขอบลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไตรคัสปิด

1. เป็นขอบลิ้นหัวใจสำหรับซ่อมลิ้นหัวใจขณะผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด
2. ขอบลิ้นลักษณะ RIGID และ OPEN RING
3. แกนในทำด้วย TITANIUM ALLOY หุ้มด้วยยาง SILICONE และ POLYESTER
4. มีขนาดต่าง ๆ กัน ให้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
5. บรรจุในภาชนะปราศจากเชื้อ นำมาใช้ได้ทันที
6. ทดลองใช้งานกับผู้ป่วยแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ