

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ห้องผ่าตัด งานปอดและหัวใจเทียม สถาบันโรคทรวงอก

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

คุณลักษณะเฉพาะของลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งเอออร์ติกชนิดทำจากเนื้อเยื่อหัวใจวัว


ลักษณะเฉพาะ

1. ตัวลิ้นหัวใจเทียมทำจากเนื้อเยื่อ Bovine Pericardium
2. ภายในทำจากโครง Elgiloy ทำให้มีน้ำหนักเบา
3. ขอบของลิ้นหัวใจทำด้วย Silicone Rubber หุ้มด้วยผ้า Polytetrafluoroethylene Porous ง่ายต่อการเย็บ
4. ลิ้นหัวใจเทียมแช่อยู่ในน้ำยา (Glutaraldehyde) เพื่อรักษาสภาพเนื้อเยื่อ
5. ลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งเอออร์ติกมีขนาดตั้งแต่ 19 MM- 29MM
6. มีขนาดต่างๆให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม
7. ผ่านการทดลองใช้งานแล้วได้ผลดีต่อผู้ป่วยเป็นที่น่าพอใจ


กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง


.....
1. นายแพทย์ชูศักดิ์ เกษมศานต์

ประธานกรรมการ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม


.....
2. นางสุวรรณา ยโสรินทร์

กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


.....
3. นางชาลิสา อินเจริญ

กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ