



ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบริหารและจัดการภาพทางการแพทย์
โรคหัวใจ Cardiology Picture archiving and communication system (Cardiology PACS) จำนวน ๒
ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบริหารและจัดการภาพทางการแพทย์
โรคหัวใจ Cardiology Picture archiving and communication system (Cardiology PACS) จำนวน ๒
ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

โครงการจัดหาระบบบริหารและจัดการภาพทางการแพทย์ โรคหัวใจ Cardiology Picture archiving
and communication system (Cardiology PACS) จำนวน ๒ ระบบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท ไทย เมด - เทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมานัส โพธาภรณ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ สธ ๐๓๑๖/ ๙๙๖ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓	ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก ที่อยู่ ๗๔ ถนนติวานนท์ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐
---	--

เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 เรียง บริษัท ไทย เมด - เทค จำกัด

ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง
 ตามโครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบริหารและจัดการภาพทางการแพทย์ โรคหัวใจ Cardiology Picture archiving and communication system (Cardiology PACS) จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้

- เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก
- เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก
- เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
 - ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้
 - ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
 - มีความสมบัติไม่ครบถ้วน
 - ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ
- ยกเลิกรายการพิจารณา

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตาม แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อสถาบันโรคทรวงอก ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่

ขอแสดงความนับถือ



(นายมานัส โพธาภรณ์)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมการแพทย์

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๗ ๐๙๑๓-๔

โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๐๙๓๒

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่สธ ๐๓๑๖/๙๙๗ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓	ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก ที่อยู่ ๗๔ ถนนติวานนท์ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐
---	--

เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามโครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบริหารและจัดการภาพทางการแพทย์ โรคหัวใจ Cardiology Picture archiving and communication system (Cardiology PACS) จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้

- เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก
- เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก
- เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 - เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
 - ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้
 - ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
 - มีความสมบัติไม่ครบถ้วน
 - ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ
- ยกเลิกการพิจารณา

ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา.pdf

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อสถาบันโรคทรวงอก ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่

ขอแสดงความนับถือ



(นายมานัส โพธาภรณ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๑๓-๔

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๓๒

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๒๑๑๗๐๐๖๙๒๑

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบบริหารและจัดการภาพทางการแพทย์ โรคหัวใจ Cardiology Picture archiving and communication system (Cardiology PACS) จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๕๘๐๗๓๓๑๓

ชื่อผู้เสนอราคา บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายการพิจารณา : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบริหารและจัดการภาพทางการแพทย์ โรคหัวใจ Cardiology Picture archiving and communication system (Cardiology PACS) จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. - แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เหตุผล : - ยื่นแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แต่ไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติเฉพาะ ข้อ ๓.๑.๒๕, ๓.๒.๑๖, ๓.๓.๒๗, ๓.๓.๒๘ และ ๓.๕.๙ รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดคุณลักษณะตามประกาศกรมการแพทย์

ข้อ ๓. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดทางเทคนิค

ในหัวข้อ ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน สำหรับการจัดเก็บและสำรองข้อมูล จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

๓.๑.๒๕ บริษัทผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ สาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยระบุเลขที่ประกวดราคาในเอกสารชัดเจน

ในหัวข้อ ๓.๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็ว ๑๐ Gbps จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

๓.๒.๑๖ บริษัทผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ สาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยระบุเลขที่ประกวดราคาในเอกสารชัดเจน

ในหัวข้อ ๓.๓ คอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกผลการตรวจและแสดงภาพ จำนวน ๑๒ ชุด มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

๓.๓.๒๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ สาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยระบุเลขที่ประกวดราคาในเอกสารชัดเจน

๓.๓.๒๘ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีศูนย์บริการของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์บริการดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐ Series

ในหัวข้อ ๓.๕ โปรแกรมบันทึกรายงานผลการตรวจและแสดงภาพการตรวจ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังนี้

๓.๕.๙ สามารถแสดงผล IVUS ทั้งในรูปแบบภาคตัดขวางและ Longitudinal View

รายละเอียดคุณลักษณะของบริษัทฯ ตามแคตตาล็อก

ตามข้อ ๓.๑.๒๕, ๓.๒.๑๖, ๓.๓.๒๗, ๓.๓.๒๘ และ ๓.๕.๙ บริษัทฯไม่มีเอกสารมาแสดงและยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศกรมการแพทย์

ตามแคตตาล็อกที่แนบมาของระบบ Hardware มีการประทับตรา คำว่า “หรือเทียบเท่า” แสดงถึงความไม่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศกรมการแพทย์ ซึ่งผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผู้ผลิต