

รายละเอียดคุณลักษณะสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ
ชนิด Cobalt Chromium Alloy แบบไม่มีโพลิเมอร์
(แบบท้ายประกาศสถาบันโรคทรวงอก ประกาศ ณ วันที่.....)

1. คุณสมบัติเฉพาะในทางเทคนิค

- 1.1 วัสดุที่ใช้ทำขดลวดเป็น Cobalt Chromium Alloy ที่ขัดมันเรียบต่อเนื่องกันหมดไม่มีรอยต่อ
- 1.2 เป็นขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดไม่มีโพลิเมอร์ในการเคลือบ (Polymer free)
- 1.3 มีเครื่องหมายบอกตำแหน่ง (Platinum Marker) อยู่บริเวณปลายของขดลวดแต่ละด้าน
- 1.4 มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้นไป และความยาวตั้งแต่ 9 มิลลิเมตรขึ้นไป
- 1.5 บอลลูนสามารถทนแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 14 ATM
- 1.6 มีความหนาของขดลวด (Strut Thickness) ไม่เกิน 80 ไมครอน
- 1.7 สายสวนมีความยาวของส่วนที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
- 1.8 ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท

3. ข้อกำหนดอื่น

- 3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งของ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

.....	(นายธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ)	ประธาน
.....	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	
.....	(นายกฤษดา จนวนวันเพ็ญ)	กรรมการ
.....	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
.....	(นางอุษา มณีสุธรรม)	กรรมการ
.....	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	