

รายละเอียดคุณลักษณะสายลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารีชนิดรอยโรคตีบตัน
(แบบท้ายประกาศสถาบันโรคทรวงอก ประกาศ ณ วันที่.....)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 เป็นเส้นลวดที่ใช้สำหรับสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีที่มีรอยตีบตันเรื้อรัง
- 1.2 ผลิตจากวัสดุสแตนเลส

2. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 2.1 เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (Outer diameter) มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.014 นิ้ว
- 2.2 เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกตรงส่วนปลายสุด (Tip outer diameter) ไม่เกิน 0.009 นิ้ว
- 2.3 ความยาวสำหรับใช้งาน (Usable length) ไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร
- 2.4 ความแข็งแรงตรงส่วนปลายสุด (Tip Load) ไม่น้อยกว่า 0.8 กรัม
- 2.5 ความยาวของ Coil Length ไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร
- 2.6 เคลือบสารที่ทำให้ลื่นที่ผิวภายนอกด้วย Hydrophilic Coating หรือ Polymer Sleeve หรือ Clear Polymer Jacket

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1 บรรจุในซองปิดสนิทปลอดเชื้อ โดยทำให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอธิลีนออกไซด์พร้อมใช้งานทันที

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

.....	(นายธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ)	ประธาน
.....	นายแพทย์เชียวชาญ	
.....	(นายกฤษดา จนวนันเพ็ญ)	กรรมการ
.....	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
.....	(นางอุษา มณีสุธรรม)	กรรมการ
.....	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	