

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ดัลบีบรจจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ สีดำ ขนาด 60 ม.ม. พร้อมแผ่นฟิล์มละลายได้บนแนวลวดเย็บ

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 2.25 – 3.00 ม.ม.

### คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ดัลบีบรจจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  - 2.1 ด้านบรจจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังลงไม่น้อยกว่า 3 แกวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
  - 2.2 ด้านบารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 4.0 ม.ม. 4.5 ม.ม. และ 5.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). มีแผ่นฟิล์มชนิดละลายได้ บนแนวลวดเย็บ ผลิตจาก Polyglycolic Acid หรือเทียบเท่า
- 5). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ไม่สามารถบรจจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 9). ดัลบีบรจจุสีดำ
- 10). บรจจุในซองปราศจากเชื้อ

### คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

✓ ✓

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

อนุช ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พัลลภ สุวาทิน  
(นางสาวปาณิสรา สุวาทิน)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ สีม่วง ขนาด 60 ม.ม. พร้อมแผ่นฟิล์มละลายได้บนแนว  
ลวดเย็บ

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.5 – 2.25 ม.ม.

### คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังลงไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
  - 2.2 ด้านปารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม.  
ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). มีแผ่นฟิล์มชนิดละลายได้ บนแนวลวดเย็บ ผลิตจาก Polyglycolic Acid หรือเทียบเท่า
- 5). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัย  
ของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีดำ
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๐/ ✓

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

Dr. N. ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาว ปาณิสรา สว่างแวว  
(นางสาวปาณิสรา สว่างแวว)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุมปลายโค้ง สีม่วง ขนาดความยาว 60 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50 – 2.25 ม.ม.

### คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังลงไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
  - 2.2 ด้านบารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
- 5). ตลับบรรจุด้านบารองมีปลายโค้งมนสีทองทำให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการแกะและคล้องเนื้อเยื่อ
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีม่วง
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

### คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑/ -

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

Qua ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวปานิสรา สว่างแวว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุมปลายโค้ง สีม่วง ขนาดความยาว 45 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50 – 2.25 ม.ม.

### คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังลงไม่น้อยกว่า 3 แกวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
  - 2.2 ด้านบารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.ม.
- 5). ตลับบรรจุด้านบารองมีปลายโค้งมนสีทองทำให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเลาะและคล้องเนื้อเยื่อ
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีม่วง
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑/ ✓

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

RUG ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชลิษา สว่างแว

(นางสาวปานิสรา สว่างแว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุมปลายโค้ง สีแทน ขนาดความยาว 60 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88 – 1.88 ม.ม.


### คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
  - 2.2 ด้านบารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
- 5). ตลับบรรจุด้านบารองมีปลายโค้งมนสีทองทำให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเลาะและคล้องเนื้อเยื่อ
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีแทน
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ


คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางณปภัช พรรณหาญ)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  
(นางสาวปาณิสรา สว่างแวว)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุมปลายโค้ง สีแทน ขนาดความยาว 45 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88 – 1.88 ม.ม.

### คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
  - 2.2 ด้านบารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.ม.
- 5). ตลับบรรจุด้านบารองมีปลายโค้งมนสีทองทำให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเกาะและคล้องเนื้อเยื่อ
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทั้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีแทน
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

### คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑/ ✓

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

Dr. Dr. ✓

(นางณปภัช พรรณหาญ)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปานิสรา สว่างแวว  
(นางสาวปานิสรา สว่างแวว)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุมปลายโค้ง สีแทน ขนาดความยาว 30 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 0.88 – 1.88 ม.ม.

### คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
  - 2.2 ด้านบารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. 2.5 ม.ม. และ 3.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 30 ม.ม.
- 5). ตลับบรรจุด้านบารองมีปลายโค้งมนสีทองทำให้มองเห็นปลายตลับได้อย่างชัดเจนในการเกาะและคล้องเนื้อเยื่อ
- 6). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 7). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 8). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 9). ตลับบรรจุสีแทน
- 10). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ


### คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางณปภัช พรรณหาญ)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  
(นางสาวปณิสรา สว่างแวว)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุม สีม่วง ขนาดความยาว 45 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50 – 2.25 ม.ม.

### คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังลงไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
  - 2.2 ด้านปารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.ม.
- 5). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 6). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 7). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 8). ตลับบรรจุสีม่วง
- 9). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

### คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

*at*

(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

*อนุช*

(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

*ปานจิรา สว่างแวว*

(นางสาวปานจิรา สว่างแวว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุม สีม่วง ขนาดความยาว 60 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50 – 2.25 ม.ม.

### คุณลักษณะเฉพาะ

- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังลงไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
  - 2.2 ด้านปารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
- 5). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- 6). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 7). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 8). ตลับบรรจุสีม่วง
- 9). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ


### คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางณปภัช พรรณหาญ)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  
(นางสาวปานิสร่า สว่างแวว)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า อุปกรณ์สำหรับแหวกเนื้อเยื่อและซี่ของเหลว

คุณสมบัติ สำหรับแหวกเนื้อเยื่อและซี่ของเหลวในการผ่าตัดช่องอกหรือช่องท้อง

### คุณลักษณะเฉพาะ

1. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ 5 มม. ผลิตจากโลหะปลอดสนิม ส่วนที่เป็นโลหะมีสีดำ เพื่อป้องกันการสะท้อนแสง
2. ก้านอุปกรณ์มีความยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม.
3. ปลายปากอุปกรณ์ประกอบด้วยผ้าคอตตอนพันรอบก้านอุปกรณ์
4. ประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวน 3 ชิ้นต่อหนึ่งช่อง
5. เหมาะสำหรับการซี่ของเหลวหรือเลือดปริมาณน้อย
6. บรรจุในซองปราศจากเชื้อ พร้อมใช้

### คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวปานิสรา สว่างแวว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

ชื่อสินค้า ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ชนิดปรับมุม สีดำ ขนาดความยาว 60 ม.ม.

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 2.25 – 3.00 ม.ม.

### คุณลักษณะเฉพาะ


- 1). ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ ทั้งแบบ Manual และ Power
- 2). ตลับบรรจุประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  - 2.1 ด้านบรรจุลวดเย็บมีลวดเย็บฝังละไม่น้อยกว่า 3 แถวจากรอยตัด พร้อมใบมีดสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
  - 2.2 ด้านบารอง
- 3). ความสูงของขาลวดเย็บนับจากแนวของรอยตัด มีความสูงไม่น้อยกว่า 4.0 ม.ม. 4.5 ม.ม. และ 5.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- 4). สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.ม.
- 5). มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ม.ม.
- 6). เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- 7). มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- 8). ตลับบรรจุสีดำ
- 9). บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

### คณะกรรมการออกคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(แพทย์หญิงอ้อมใจ รัตนานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางณปภัช พรรณหาญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวปาณิสรา สว่างแวว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ