

- ร่าง -  
ประกาศสถาบันโรคทรวงอก

**เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

สถาบันโรคทรวงอก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

- |  |       |   |         |
|--|-------|---|---------|
| ๑. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด ๒ เพส (Defibrillator) | จำนวน | ๖ | เครื่อง |
| ๒. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดเฟสิค                  | จำนวน | ๑ | เครื่อง |

พร้อมภาคติดตามการทำงานของหัวใจ  
ภาควัดออกซิเจนในเลือด ภาควัดความดันโลหิตภายนอก  
และการติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ ๑๒ ลีด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกรหงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหว่างจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรหงับซื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันโรคทรวงอก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่าด้วย

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.ccit.go.th](http://www.ccit.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ  
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๔๗๐๘๗๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง  
สถาบันโรคทรวงอก ผ่านทางอีเมล [warunee.a@moph.mail.go.th](mailto:warunee.a@moph.mail.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
ภายในวันที่ ..... โดยสถาบันโรคทรวงอกจะซึ่งแจ้งรายละเอียดตั้งกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.ccit.go.th](http://www.ccit.go.th)  
และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ .....

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)  
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

## - ร่าง -

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

การซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ

ตามประกาศ สถาบันโรค vrouงอก

ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

สถาบันโรค vrouงอก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบันโรค vrouงอก" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด ๒ เฟส (Defibrillator)	จำนวน	๖	เครื่อง
๒. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดเฟสิก	จำนวน	๑	เครื่อง

พร้อมภาคติดตามการทำงานของหัวใจ  
ภาควัดออกซิเจนในเลือด ภาควัดความดันโลหิตภายนอก  
และการติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ ๑๒ ลีด

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
  - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐได้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบันproc ตรวจสอบ ณ วันประมูลประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิร์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธิร์และความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) สำเนาบัญชีธนาคาร

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทันงสื่อมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูประยการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (๔.๒๙.๔๕.๑๑ )

(๓.๑) สำเนาใบชี้นำที่เบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาพัฒนาการฯ แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวกับเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันโรคท่องอก

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่น้อยกว่า ๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคายได้ภายในกำหนดยื่นราคานา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันโรคท่องอก ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันโรคท่องอกจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคายังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากล่าว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคainรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สถาบันโรคท่องอก ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสถาบันโรคท่องอก จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สถาบันโรคท่องอก จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สถาบันโรคท่องอก

#### ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาน้ำที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคាតัวริชีวิชี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

#### ๕.๑ ใน การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันโรค

ท่องอกจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

#### ๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันโรคท่องอก จะ พิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่สถาบันโรคท่องอกกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันโรคท่องอกสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันโรคท่องอก

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไม่เปรียบเทียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ  
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันprocotrungokมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้  
สถาบันprocotrungok มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่  
ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันprocotrungokทรงไว้วางสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นๆราคาได้ หรือราคา  
ที่เสนอหักหมัดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ  
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง  
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันprocotrungokเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย  
หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้งสถาบันprocotrungok จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้  
ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อ<sup>๑</sup>  
เสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ  
ราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน  
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ  
สถาบันprocotrungok จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการ  
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สถาบันprocotrungok มีสิทธิที่  
จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่า<sup>๑</sup>  
เสียหายใดๆ จากสถาบันprocotrungok

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันprocotrungokอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก  
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม  
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อ<sup>๑</sup>  
เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง  
ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ  
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามา ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง<sup>๑</sup>  
เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซึ่งการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสถาบันโรคท่องเที่ยวพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซึ่งการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือสถาบันโรคท่องเที่ยวไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ซึ่งการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสถาบันโรคท่องเที่ยวใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันโรคท่องเที่ยวได้ไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftที่นับชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือคำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซึ่งการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบันโรคท่องเที่ยว ได้ รับมอบไว้แล้ว

## ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันโรคท่องเที่ยว จะจ่ายค่าสั่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา ซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันโรคท่องเที่ยว ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

#### ๔. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกันราคากลางนิเกิลส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรา้อยละ ๐.๒๐ ของราคากลางที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประกันราคากลางนิเกิลส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ สถาบันโรคท่วงอก ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๖. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๖.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงสถาบันโรคท่วงอกประจำปี ๒๕๖๕ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสถาบันโรคท่วงอกได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงสถาบันโรคท่วงอกประจำปี ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๖.๒ เมื่อสถาบันโรคท่วงอกได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกันราคากลางนิเกิลส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๖.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันโรคท่วงอกได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ สถาบันโรคท่วงอกจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทึ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๖.๔ สถาบันโรคท่วงอกสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันโรคท่องอก คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สถาบันโรคท่องอกอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันโรคท่องอกไม่ได้

(๑) สถาบันโรคท่องอกไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันโรคท่องอก หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

### ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

### ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบันโรคท่องอก สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับสถาบันโรคท่องอก ไว้ชั่วคราว

รายละเอียดคุณลักษณะ  
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส (Defibrillator)

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้กระตุกหัวใจผู้ป่วยที่มีอาการเต้นผิดปกติให้กลับคืนสู่สภาวะปกติขณะฉุกเฉิน
2. คุณสมบัติทั่วไป
  - 2.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจที่มีหน้าจอในตัว เคลื่อนย้ายได้สะดวก
  - 2.2 เป็นหน้าจอแบบ Liquid Crystal Display ขนาด 6.5 นิ้ว ขึ้นไป
  - 2.3 ตัวเครื่องประกอบด้วย ภาคกระตุกหัวใจ, ภาคติดตามการทำงานของหัวใจ, ภาควัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด, ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก, ภาคบันทึกผลการทำงานหรือพิมพ์ผลข้อมูล
  - 2.4 สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
  - 2.5 สามารถใช้ไฟฟาระ射波 (AC) และเป็นแบตเตอรี่ชนิด Lithium ion ซึ่งสามารถใช้ได้ติดตามการทำงานของหัวใจได้อย่างน้อย 4 ชั่วโมงขึ้นไป หรือใช้กระตุกหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง ที่พลังงานสูงสุด 200 จูล
  - 2.6 สามารถเลือกโหมด เลือกพลังงานและเปิด/ปิดเครื่อง ได้ภายในปุ่มเดียว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน
  - 2.7 มีสัญญาณแสดงสถานะความพร้อมของการใช้งานที่ตัวเครื่อง
  - 2.8 ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เทียบเท่า EN60601-2-27 หรือ IEC6061-1-2 หรือ IEC6061-1-12 หรือดีกว่า
  - 2.9 มีระบบรองรับการเชื่อมต่อระบบ EMR ของโรงพยาบาล
3. คุณสมบัติเฉพาะ
  - 3.1 ภาคการแสดงผล
    - 3.1.1 จอภาพเป็นแบบ Liquid Crystal Display ขนาด 6.5 นิ้ว ขึ้นไป ความละเอียดไม่น้อยกว่า  $640 \times 480$  Pixels สามารถแสดงรูปคลื่นได้ 3 รูปคลื่น ขึ้นไป
    - 3.1.2 สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้แบบ 5 ลีด ได้
    - 3.1.3 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจและแสดงผลบนจอภาพได้
  - 3.2 ภาคกระตุกหัวใจ
    - 3.2.1 รูปคลื่นเป็นแบบ Rectilinear Biphasic Waveform หรือ Biphasic Truncated Exponential
    - 3.2.2 สามารถเลือกพลังงานได้ตั้งแต่ 1 จูล ไปจนถึง 200 จูล
    - 3.2.3 ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานไม่เกิน 7 วินาที ที่พลังงานสูงสุด 200 จูล
    - 3.2.4 มีระบบ Synchronized Cardioversion
    - 3.2.5 สามารถใช้งานการกระตุกหัวใจได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และสามารถทำการ Charge และ Shock ได้จาก Paddle
    - 3.2.6 สามารถกระตุกหัวใจโดยใช้ Hands-free Resuscitation Electrodes หรือ Adhesive Pads ผ่านอุปกรณ์ Hand-free Therapy Cable
    - 3.2.7 สามารถปรับตั้งค่าพลังงานสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ได้

### 3.3 ภาคติดตามการทำงานของหัวใจ

3.3.1 สามารถใช้สาย ECG และวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 5 ลีด ได้

3.3.2 สามารถแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ 20 - 300 ครั้งต่อนาที หรือตึกว่า

### 3.4 ภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจภายนอก

3.4.1 รูปคลื่นสัญญาณเป็นแบบ Rectilinear, constant current หรือ Monophasic

3.4.2 สามารถปรับกระแสได้ตั้งแต่ 10 - 140 มิลลิแอมเปอร์ (mA) หรือตึกว่า

3.4.3 มีความกว้างของสัญญาณตั้งแต่ 20 หรือ 40 มิลลิวินาที (msec.)

3.4.4 สามารถเลือกอัตราการกระตุ้นหัวใจได้อย่างน้อยตั้งแต่ 30 - 180 ครั้งต่อนาที

### 3.5 ภาควัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

3.5.1 สามารถวัดค่าได้อย่างน้อยตั้งแต่ 1 - 100% พร้อมทั้งรูปคลื่นซีพีรสัญญาณซีพ

3.5.2 สามารถวัดซีพีได้ 30-240 ครั้ง/นาที (BPM) หรือตึกว่า

### 3.6 ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก (Non-invasive Blood Pressure : NBP)

3.6.1 ใช้หลักการวัด Oscillometric

3.6.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบ Manual และแบบ Automatic

3.6.3 สามารถวัดค่า Systolic, Diastolic และ Mean Pressure ได้

### 3.7 ภาคบันทึกผลการทำงานหรือพิมพ์ผลข้อมูล

3.7.1 ความกว้างของกระดาษบันทึกมีขนาดอย่างน้อย 75 มม. ขึ้นไป ระบบบันทึกข้อมูลเป็นแบบ Thermal Print หรือ Thermal Array

3.7.2 สามารถบันทึกเหตุการณ์และเก็บข้อมูลย้อนหลังได้

3.7.3 สามารถบันทึกหรือพิมพ์ข้อมูลได้อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ เวลา, วันที่, อัตราการเต้นของหัวใจ, ค่าพลังงาน, การทดสอบเครื่อง

## **4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน**

4.1 ECG Cable	1 ชุด/เครื่อง
4.2 สายไฟฟ้ากระแสลับ (AC)	1 ชุด/เครื่อง
4.3 กระดาษบันทึก	2 ชุด/เครื่อง
4.4 รถเข็นสแตนเลสสำหรับวางเครื่อง มี 4 ล้อ และมีลิ้นซักสำหรับใส่ของ	1 คัน/เครื่อง
4.5 เจลสำหรับกระตุกหัวใจ	1 หลอด/เครื่อง
4.6 Hands-free Resuscitation Electrodes หรือ Adhesive Pads พร้อม Hand-free Therapy Cable	1 ชุด/เครื่อง
4.7 SpO2 Finger probe	1 ชุด/เครื่อง
4.8 ชุดวัด Cuff BP ขนาดปกติ	1 ชุด/เครื่อง
4.9 ECG electrode	1 ชุด/เครื่อง
4.10 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	1 ชุด/เครื่อง

## 5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งาน 2 ปี เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ในระหว่างประกันผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี
- 5.2 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการประเมินการทดลองการใช้งานจากหน่วยงานที่เป็นตัวแทนการใช้งาน โดยมีเอกสารการประเมินมาประกอบการพิจารณา
- 5.3 บริษัทผู้แทนจำหน่ายต้องเข้าทำการติดตั้ง และทำการอบรม สาธิต แนะนำวิธีใช้งานเครื่อง พร้อมสอนวิธีแก้ไขและบำรุงรักษาเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
- 5.4 หากเครื่องเกิดเหตุขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งาน ผู้ขายดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมนานเกินกว่า 7 วัน ต้องมีเครื่องทดแทนให้ใช้จนกว่าจะดำเนินการซ่อมเป็นที่เรียบร้อย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- 5.5 กรณีมีการสอบเทียบ ให้มีการสอบเทียบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- 5.6 บริษัทผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่นำเสนอโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.7 บริษัทผู้แทนจำหน่ายต้องมอบหนังสือคู่มือการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมดอย่างน้อย 1 ชุด/เครื่อง
6. เงื่อนไขเพิ่มเติม : สำเนาใบทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)

## คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

ลงชื่อ.....คง ดาว.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวชนิการต์ คงดาว)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ก......กรรมการ  
(นางปริญช์ จันกุล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....เกศริน ศรีเพ็ชร.....กรรมการ  
(นางเกศริน ศรีเพ็ชร)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

## รายละเอียดคุณลักษณะ

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดใบเฟสิก พร้อมภาคติดตามการทำงานของหัวใจ  
ภาควัดอัตราชีวนิในเลือด ภาควัดความดันโลหิตภายนอก และภาคติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้กระตุกหัวใจผู้ป่วยที่มีอาการเต้นผิดปกติให้กลับคืนสู่สภาวะปกติขณะฉุกเฉิน

### 2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจที่มีทุหัวใจในตัว เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- 2.2 เป็นหน้าจอแบบ Liquid Crystal Display ขนาด 6.5 นิ้ว ขึ้นไป
- 2.3 ตัวเครื่องประกอบด้วย ภาคกระตุกหัวใจ, ภาคติดตามการทำงานของหัวใจ, ภาควัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด, ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก, ภาคบันทึกผลการทำงานหรือพิมพ์ผลข้อมูล
- 2.4 มีโปรแกรมสำหรับอ่านและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด
- 2.5 สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- 2.6 สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และเป็นแบตเตอรี่ชนิด Lithium ion ซึ่งสามารถใช้ได้ติดตามการทำงานของหัวใจได้อย่างน้อย 5 ชั่วโมงขึ้นไป หรือใช้กระตุกหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง ที่พลังงานสูงสุด 200 จูล
- 2.7 สามารถเลือกโหมด เลือกพลังงานและเปิด/ปิดเครื่อง ได้ภายในปุ่มเดียว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน
- 2.8 มีสัญญาณแสดงสถานะความพร้อมของการใช้งานที่ตัวเครื่อง
- 2.9 ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เทียบเท่า EN60601-2-27 หรือ IEC6061-1-2 หรือ IEC6061-1-12 หรือดีกว่า
- 2.10 มีระบบรองรับการเชื่อมต่อระบบ EMR ของโรงพยาบาล

### 2. คุณสมบัติเฉพาะ

#### 3.1 ภาคการแสดงผล

- 3.1.1 จอภาพเป็นแบบ Liquid Crystal Display ขนาด 6.5 นิ้ว ขึ้นไป ความละเอียดไม่น้อยกว่า 640 x 480 Pixels สามารถแสดงรูปคลื่นได้ 3 รูปคลื่น ขึ้นไป
- 3.1.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด ได้
- 3.1.3 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจและแสดงผลบนจอภาพได้

#### 3.2 ภาคกระตุกหัวใจ

- 3.2.1 รูปคลื่นเป็นแบบ Rectilinear Biphasic Waveform หรือ Biphasic Truncated Exponential
- 3.2.2 สามารถเลือกพลังงานได้ตั้งแต่ 1 จูล ไปจนถึง 200 จูล
- 3.2.3 ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานไม่เกิน 7 วินาที ที่พลังงานสูงสุด 200 จูล
- 3.2.4 มีระบบ Synchronized Cardioversion
- 3.2.5 สามารถใช้งานการกระตุกหัวใจได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และสามารถทำการ Charge และ Shock ได้จาก Paddle
- 3.2.6 สามารถกระตุกหัวใจโดยใช้ Hands-free Resuscitation Electrodes หรือ Adhesive Pads ผ่านอุปกรณ์ Hand-free Therapy Cable
- 3.2.7 สามารถปรับตั้งค่าพลังงานสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ได้

### 3.3 ภาคติดตามการทำงานของหัวใจ

3.3.1 สามารถอ่านและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด ได้

3.3.2 สามารถแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ 20 - 300 ครั้งต่อนาที หรือดีกว่า

### 3.4 ภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจภายนอก

3.4.1 รูปคลื่นสัญญาณเป็นแบบ Rectilinear, constant current หรือ Monophasic

3.4.2 สามารถปรับกระแสได้ตั้งแต่ 10 - 140 มิลลิแอมป์ (mA) หรือดีกว่า

3.4.3 มีความกว้างของสัญญาณตั้งแต่ 20 หรือ 40 มิลลิวินาที (msec.)

3.4.4 สามารถเลือกอัตราการกระตุ้นหัวใจได้อย่างน้อยตั้งแต่ 30 - 180 ครั้งต่อนาที

### 3.5 ภาควัดความอิมตัวของอออกซิเจนในเลือด (SpO2)

3.5.1 สามารถวัดค่าได้อย่างน้อยตั้งแต่ 1 - 100% พร้อมทั้งรูปคลื่นซีพีรสัญญาณซีพ

3.5.2 สามารถวัดซีพีรได้ 30-240 ครั้ง/นาที (BPM) หรือดีกว่า

### 3.6 ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก (Non-invasive Blood Pressure : NBP)

3.6.1 ใช้หลักการวัด Oscillometric

3.6.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบ Manual และแบบ Automatic

3.6.3 สามารถวัดค่า Systolic, Diastolic และ Mean Pressure ได้

### 3.7 ภาคบันทึกผลการทำงานหรือพิมพ์ผลข้อมูล

3.7.1 ความกว้างของกระดาษบันทึกมีขนาดอย่างน้อย 75 มม. ขึ้นไป ระบบบันทึกข้อมูลเป็นแบบ

Thermal Print หรือ Thermal Array

3.7.2 สามารถบันทึกเหตุการณ์และเก็บข้อมูลย้อนหลังได้

3.7.3 สามารถบันทึกหรือพิมพ์ข้อมูลได้อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ เวลา, วันที่, อัตราการเต้นของหัวใจ,  
ค่าพลังงาน, การทดสอบเครื่อง

## **4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน**

4.1 ECG Cable	1 ชุด/เครื่อง
4.2 สายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)	1 ชุด/เครื่อง
4.3 กระดาษบันทึก	2 ชุด/เครื่อง
4.4 รถเข็นสแตนเลสสำหรับวางเครื่อง มี 4 ล้อ และมีลิ้นชักสำหรับใส่ของ	1 คัน/เครื่อง
4.5 เ洁สำหรับกระตุ้นหัวใจ	1 หลอด/เครื่อง
4.6 Hands-free Resuscitation Electrodes หรือ Adhesive Pads พร้อม Hand-free Therapy Cable	1 ชุด/เครื่อง
4.7 SpO2 Finger probe	1 ชุด/เครื่อง
4.8 ชุดวัด Cuff BP ขนาดปกติ	1 ชุด/เครื่อง
4.9 ECG electrode	1 ชุด/เครื่อง
4.10 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	1 ชุด/เครื่อง

## 5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งาน 2 ปี เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ในระหว่างประกันผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี
- 5.2 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการประเมินการทดลองการใช้งานจากหน่วยงานที่เป็นตัวแทนการใช้งาน โดยมีเอกสารการประเมินมาประกอบการพิจารณา
- 5.3 บริษัทผู้แทนจำหน่ายต้องเข้าทำการติดตั้ง และทำการอบรม สถาชิต แนะนำวิธีใช้งานเครื่อง พร้อมสอนวิธีแก้ไขและบำรุงรักษาเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
- 5.4 หากเครื่องเกิดเหตุขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งาน ผู้ขายดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมนานเกินกว่า 7 วัน ต้องมีเครื่องทดแทนให้ใช้จนกว่าจะดำเนินการซ่อมเป็นที่เรียบร้อย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- 5.5 กรณีมีการสอบเทียบ ให้มีการสอบเทียบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- 5.6 บริษัทผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่นำเสนอโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.7 บริษัทผู้แทนจำหน่ายต้องมอบหนังสือคู่มือการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งหมดอย่างน้อย 1 ชุด/เครื่อง

## 6. เงื่อนไขเพิ่มเติม : สำเนาใบทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)

### คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

ลงชื่อ.....๓๓๘ ๓๙.....ประธานกรรมการ

(นางสาวชนิกานต์ คงเดิม)

นายแพทญ์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....✓.....กรรมการ  
(นางบวินุช จันกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....เกศริน ศรีเพ็ชร.....กรรมการ  
(นางเกศริน ศรีเพ็ชร)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ