

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มีขาย
Urine Collector ๒๐๐๐ ml (Urinovolumeter)

วัตถุประสงค์ ระบุสำหรับวัดปริมาณปัสสาวะและควบคุมการกระจายของเชื้อโรค

ชื่อ Urine Collector ๒๐๐๐ ml (Urinovolumeter)

คุณสมบัติทั่วไป


เป็นกระบอกสำหรับวัดปริมาณปัสสาวะและควบคุมการกระจายของเชื้อโรค


คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. กระบอกตวงปัสสาวะทำมาจาก PVC medical grade ขนาดบรรจุ ๒๐๐๐ มิลลิลิตร พร้อมขีดบอกปริมาตร
๒. มี Universal port สามารถเชื่อมต่อกับ Foley's catheter ได้ทุกยี่ห้อ กระชับพอดีไม่รั่วซึม
๓. มี Sample Port สามารถเก็บปัสสาวะโดยไม่ต้องใช้เข็มแทงสาย needle free sample
๔. Sample Port มีลักษณะใสมองเห็นปัสสาวะได้ชัดเจน
๕. สายต่อมีความยาวอยู่ในช่วง ๑๒๐ - ๑๕๐ ซม
๖. มี Clip หนีบเพื่อจัด position ของสาย
๗. มี Anti-Kink Spiral บริเวณข้อต่อระหว่างท่อกระบอกตวง ป้องกันการหักพับของท่อ
๘. มี valve เปิด-ปิด ด้านบนเพื่อเทปัสสาวะจากกระบอกตวงลงสู่ถุงปัสสาวะ
๙. มีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับของปัสสาวะ
๑๐. มี Filter สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจำนวน ๒ ตำแหน่ง บริเวณกระบอกตวงปัสสาวะ และบริเวณถุงบรรจุปัสสาวะ
๑๑. กระบอกตวงสามารถบอกปริมาณได้ละเอียดแม่นยำตั้งแต่ ๑ - ๕๐๐ มล

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ที่มีขาย

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายศุภสวัสดิ์ พิลาภ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางรუნ มโนมัยวงศ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ


(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาววิมลวรรณ หุ่นเกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


๑๒. ถังบรรจุปุ๋ยสามารถเทออกด้านล่างผ่านทาง Bottom outlet และมีฝาครอบเก็บอย่างมิดชิด หรือมี T-tap valve และมีที่พับเก็บท่อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
๑๓. Bottom outlet มีฝาครอบเก็บอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
๑๔. มีที่ยึดกระบอบอกกับขอบเตียงไม่น้อยกว่า ๒ แบบ เพื่อให้กระบอบอกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ถูกออกแบบให้กะทัดรัดป้องกันไม่ให้สัมผัสถึงพื้น
๑๕. ผลิตภัณฑ์บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อโรค ๑ ชุด ต่อ ๑ ซอง ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๑๖. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕


การประกันคุณภาพ

๑. ได้รับการอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
๒. วันสิ้นอายุของยาที่ส่งมอบต้องเหลือไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายศุภสวัสดิ์ พิลาม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางรุณ มโนมัยวงศ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววิมลวรรณ หรุ่นเกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ